

Экспертное заключение

24.02.2022г.

Мной, врачом травматологом высшей категории Ботаевым Русланом Сагатовичем, произведена проверка соответствия требованиям технической спецификации предлагаемых потенциальными поставщиками изделий медицинского назначения для проведения травматологических и ортопедических операций. **По лотам 94-101** тендера №2 по закупу медицинских изделий ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница № 1» акимата города Нур-Султан

Изучены инструкции к регистрационным удостоверениям РК-ИМН-5№008560 от 07.12.2016 г, РК-ИМН-5№005519 от 09.04.2019 г, предоставленные потенциальным поставщиком ТОО «Эль-Фарм», РК-ИМН -5№009501 от 13.03.2017 г., ТОО «АРЕХ Со» инструкции получены с официального сайта <https://www.ndda.kz/> и будут приложены к экспертному заключению.

Лот 94

ТОО «АРЕХ Со» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

ТОО «Эль-Фарм» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

Несоответствия технической спецификации в указании длины спиц: нет размеров 170мм и 370мм, запрашиваемых заказчиком.

Лот 95

ТОО «АРЕХ Со» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

ТОО «Эль-Фарм» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

В технической спецификации ТОО «Эль-Фарм» указана длина стержня 120, что не соответствует приложенному к тендерной заявке Регистрационному Удостоверению РК-ИМН-5№008560 от 07.12.2016г., где указаны следующие размеры: **Стержень резьбовой 60, 80, 100, 10, 150, 200**. Так же не предоставлена информация по диаметрам отверстий, данный показатель важен при определении способа наложения конструкции и положительных результатах лечения.

Лот 96

ТОО «АРЕХ Со» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

ТОО «Эль-Фарм» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

В инструкции к Регистрационному Удостоверению не указан материал изготовления, чтоб сличить данные, предоставленные поставщиком.

Лот 97

ТОО «АРЕХ Со» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

ТОО «Эль-Фарм» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

В предоставленном Регистрационном Удостоверении (Стержень телескопический в сборе 190-260, 240-350, 290-400, 340-490) отсутствует запрашиваемая заказчиком длина 150мм и материал изготовления не соответствует запрашиваемому.

Лот 98

ТОО «АРЕХ Со» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

ТОО «Эль-Фарм» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

В Регистрационном Удостоверении и в Инструкции к РУ не указана резьба М6

Лот 99

ТОО «АРЕХ Со» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

ТОО «Эль-Фарм» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

Несоответствие диаметров отверстий. Указаны $7(+0,2)$, а закупаемые от 6,9 мм до 7,1мм.

Лот 100

ТОО «АРЕХ Со» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

ТОО «Эль-Фарм» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

В Регистрационном Удостоверении и в Инструкции к РУ не указана резьба М6

Лот 101

ТОО «АРЕХ Со» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

ТОО «Эль-Фарм» - представленная потенциальным поставщиком техническая спецификация не соответствует требованиям тендерной документации и Правил 375.

В инструкции к Регистрационному Удостоверению не указан материал изготовления, чтоб сличить данные, предоставленные поставщиком.

В технической спецификации ТОО «Эль-Фарм», указаны различные марки стали, но по результатам изучения инструкций к вышеуказанным РУ выяснилось, что подобных данных в них не описано, не указана марка стали. Так же, в технической спецификации указаны данные о качестве поверхности изделий (Шероховатость наружных поверхностей по ГОСТ 2789-73, стальных деталей не более 0,32мкм, 0,12 мкм, для спиц не более 0,2 мкм), но в инструкции к РУ подобные данные отсутствуют. Не указано, что припой состоит из серебросодержащего сплава, это важно, т.к. упор спицы соприкасается с тканями организма и серебро имеет антисептические свойства. Не указаны такие важные данные, как размер хвостовиков спиц, эти показатели необходимы при определении возможности травматизации мягких тканей, т.к спицы это основной элемент конструкции соприкасающийся и проходящий через мягкие ткани и костную структуру конечностей. Отсутствуют данные о наличии и количестве отверстий в полукольцах, данный показатель важен при определении способа наложения конструкции и положительных результатах лечения.

Все описанные выше несоответствия позволяют сделать вывод, что предложенные комплектующие к спице-стержевому аппарату по Г.А. Илизарова предложенные ТОО «Эль-Фарм» не соответствуют техническим спецификациям конкурсной документации, и вызывают сомнения в качестве используемых материалов, конструктивных недоработок и может вызвать отрицательные результаты лечения пациентов.

Ботаев Руслан Сагатович

